

WTK Enschede
Wilgenkampweg 55
7547 RZ Enschede

Kalibratie certificaat

Certificaatnummer : **2008099** blad 1 van 2

Instrument : apparatentester Specificaties : zie volgblad(en)

Merk : Nieaf Smitt

Type : Multipat XE

Serienummer : 51A-0023

Identificatienummer : Barcode : 105839

Wijze van onderzoek : De kalibratie is uitgevoerd door de afgelezen waarde van het instrument te vergelijken met de werkelijke waarde afkomstig van de werkstandaard.

Resultaten : zie volgblad(en)

Conclusie : Het instrument voldoet aan de specificaties zoals door de fabrikant is opgegeven

Opmerking : Het instrument is niet gejusteerd

Kalibratie datum : 15-jun-2020

Herkalibratie voor : 15-jun-2021

Omgevingscondities : Temperatuur (23,0 ± 2,0) ° C ; Relatieve vochtigheid (55 ± 10) %

Herleidbaarheid : De kalibratie is uitgevoerd met de hieronder vermelde werkstandaarden, die herleidbaar zijn naar de (inter)nationale standaarden. De tijdens de kalibratie optredende meetonzekerheid van de meetopstelling is minimaal een factor 3 beter dan de meetnauwkeurigheid van het gekalibreerde instrument.

Meetonzekerheid : Een opgegeven onzekerheid is gebaseerd op de standaardonzekerheid, vermenigvuldigd met een dekkingsfactor $k = 2$, welke overeenkomt met een betrouwbaarheidsinterval van ongeveer 95 %. De standaardonzekerheid is bepaald volgens EA-4/02.

Kalibratiestandaarden:

Merk	Type	Certificaatnummer	Kalibratiedatum
Huyser	31483 & 31423	2001352	28-jan-2020
IET Labs	HRRS-B8-1k-5kV	34632 2020-04	15-apr-2020
Fluke	187	1913280	30-okt-2019

Uitgevoerd door : Wilco Muns
Technicus Meetinstrumenten



Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat CIJ Borculo BV generlei aansprakelijkheid aanvaardt.
Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd met verkregen schriftelijke toestemming.