

WTK Enschede  
Wilgenkampweg 55  
7547 RZ Enschede

## Kalibratie certificaat

Certificaatnummer : **2211855** blad 1 van 2

Instrument : aparatentester Specificaties : zie volgblad(en)

Merk : Nieaf Smitt

Type : SafetyPAT 3140

Serienummer : 34N-0528

Identificatienummer : Barcode : 134238

Wijze van onderzoek : De kalibratie is uitgevoerd door de afgelezen waarde van het instrument te vergelijken met de werkelijke waarde afkomstig van de werkstandaard.

Resultaten : zie volgblad(en)

Conclusie : Het instrument voldoet aan de specificaties zoals door de fabrikant is opgegeven

Opmerking : Het instrument is niet gejusteerd

Kalibratie datum : 6-sep-2022

Herkalibratie voor : 6-sep-2023

Omgevingscondities : Temperatuur (23,0 ± 2,0) ° C ; Relatieve vochtigheid (55 ± 10) %

Herleidbaarheid : De kalibratie is uitgevoerd met de hieronder vermelde werkstandaarden, die herleidbaar zijn naar de (inter)nationale standaarden. De tijdens de kalibratie optredende meetonzekerheid van de meetopstelling is minimaal een factor 3 beter dan de meetnauwkeurigheid van het gekalibreerde instrument.

Meetonzekerheid : Een opgegeven onzekerheid is gebaseerd op de standaardonzekerheid, vermenigvuldigd met een dekkingsfactor  $k = 2$ , welke overeenkomt met een betrouwbaarheidsinterval van ongeveer 95 %. De standaardonzekerheid is bepaald volgens EA-4/02.

### Werkstandaarden:

Merk	Type	Certificaatnummer	Kalibratiedatum
Huysen	31483 & 31423	2205971	12-mei-2022
Transmille	3200B	46289	6-jun-2022
Fluke	187	2113918	5-nov-2021

Uitgevoerd door : Wilco Muns  
Technicus Meetinstrumenten



Dit certificaat wordt verstrekt onder het voorbehoud dat CIJ Borculo BV enigerlei aansprakelijkheid aanvaardt.

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming.